

**Додаток №1**

**обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

<b>Категорія</b>	<b>Опис</b>
Назва закупівлі	«Тест-системи для визначення рівня тропоніну та прокальцитоніну в крові методом ІХЛА»
Ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro	UA-2025-10-16-011183-a
Очікувана вартість предмета закупівлі	89 000,00 грн.
Примітки	<p>Закупівля планується і проводиться Відповідно до п. 3-7 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII із змінами внесеними Законом України від 16 серпня 2022 року № 2526-IX «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (далі – Закон) , з урахуванням вимог п. 10, та п. 14 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з урахуванням пункту 3-8 Розділ Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України про публічні закупівлі із змінами внесеними Законом України № 2526-IX від 16.08.2022 «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", керуючись ст. 4, ст. 10 та ст.11 Закону</p>
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Якісні, технічні, кількісні характеристики предмету закупівлі описані в Додатку № 3, до Тендерної документації, які визначені на підставі доповідної записки завідувачої Пологовим відділенням Олексіївої Н.В.. Предметом закупівлі є Фетальний монітор кардіологічного стану пацієнтів, які в свою чергу звертаються за медичною допомогою до КНП «Чугуївська ЦЛ ім. М.І. Кононенко».</p> <p>Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується: декларацією та/або сертифікатом відповідності (про відповідність/оцінювання відповідності) технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753</p> <p><b>або</b></p> <p>документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог відповідного технічного регламенту</p>

	<p>Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.</p> <p>Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.</p> <p>Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Учасником за власний рахунок впродовж 3-х банківських днів з дати постачання.</p>
<p>Обґрунтування розміру бюджетного призначення:</p>	<p>Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.09.2020 року № 3304- 04/54160-06 «Щодо планування закупівель» вказано, що ураховуючи, що Закон не містить заборон щодо проведення закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану підприємства, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за відповідним предметом закупівлі. На 2025 рік передбачені видатки на закупівлю товарів за кодом <b>ДК 021:2015 - 33190000-8: Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні, код що найбільше відповідає номенклатурній позиції ДК 021:2015 - 33195000-3 Системи моніторингу стану пацієнта</b> (НК 024:2023 - 43958 – Фетальний кардіологічний монітор),</p>
<p>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	<p>Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до ч.1 та ч.2 Розділу III "Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства від 18.02.2020 № 275. Окрім проведення аналізу ринку було також отримано три комерційні пропозиції від потенційних учасників, які було враховано при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі</p>
<p>Дата оголошення конкурентної процедури</p>	<p>16.10.2025</p>